

DECISÃO E SUSPENSÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022- HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.743.288/0001-08.

Trata-se de Impugnação apresentada pela empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.743.288/0001-08, ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, cujo objeto é Registro de preço para eventual, futura e parcelada aquisição de equipamentos e materiais permanente hospitalar, afim de atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes ao Município de Aliança do Tocantins – TO, conforme quantitativos e especificações estabelecidas no Termo de Referência anexo I do presente Edital.

I – DA ADMISSIBILIDADE Destaca-se que a data de abertura das propostas do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022- estava prevista para ocorrer dia 20 de setembro de 2022, conforme amplamente divulgado. Desta forma, a impugnação protocolada via e-mail no dia 14/09/2022 obedeceu ao prazo, sendo que a forma (via e-mail), não invalida a sua interposição.

II – DAS ALEGAÇÕES Em apertada síntese, a impugnante alega a necessidade de retificar o edital em relação aos pontos a seguir:


FATO I – DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- 63 Oxímetro de Pulso Portátil com bateria recarregável. Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução, possibilidade de rotação da tela, que permite visualização na vertical e horizontal e no mínimo 04 modos de exibição, indicar nível de SPO2, frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para superfícies planas. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Acompanha 01 sensor oximetria tipo clipe adulto. O Equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO e possuir garantia mínima de 01 ano.

III– DA DECISÃO DA PREGOEIRA, Diante dos fatos e fundamentos apresentados e uma análise preliminar, julga-se PROCEDENTE, a impugnação interposta pela empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.743.288/0001-08, bem como FICARÁ SUSPENSO o Pregão Eletrônico SRP 002/2022, objetivado Registro de preço para eventual, futura e parcelada aquisição de equipamentos e materiais permanente hospitalar, afim de atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes ao Município de Aliança do Tocantins – TO.

Diante do exposto e pelas razões aqui apresentadas, a Pregoeira e Equipe de Apoio, Suspende Pregão Eletrônico SRP 002/2022, e encaminha para a equipe técnica, para realização de análise técnica e retificações quanto suas descrições, as devidas alterações no edital e publicações.

Aliança do Tocantins, 14 de setembro de 2022.


Solange Soares da Silveira
Pregoeira Oficial