

DECISÃO E SUSPENSÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022- HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 31.531.928/0001-26.

Trata-se de Impugnação apresentada pela empresa HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 31.531.928/0001-26, ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, cujo objeto é Registro de preço para eventual, futura e parcelada aquisição de equipamentos e materiais permanente hospitalar, afim de atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes ao Município de Aliança do Tocantins – TO, conforme quantitativos e especificações estabelecidas no Termo de Referência anexo I do presente Edital.

I – DA ADMISSIBILIDADE Destaca-se que a data de abertura das propostas do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022- estava prevista para ocorrer dia 06 de outubro de 2022, conforme amplamente divulgado. Desta forma, a impugnação protocolada via e-mail no dia 30/09/2022 obedeceu ao prazo, sendo que a forma (via e-mail), não invalida a sua interposição.

II – DAS ALEGAÇÕES Em apertada síntese, a impugnante alega a necessidade de retificar o edital em relação aos pontos a seguir:

**FATO I – DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**


• 42 Desfibrilador externo automático, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas.  
**Normas técnicas:** BNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4. **Certificações Relevantes:** Certificação de Produto – INMETRO **Grau de proteção contra choque elétrico:** Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável: Energizado internamente) **Classificação de Partes Aplicadas:** Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP) **Proteção contra penetração nociva de água:** IP56 **Modo de operação:** Modo de operação não contínuo: Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos. **Carregador de Bateria:** Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800mA. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema. **Alimentação Interna (bateria interna):** Tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C. **Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica:** Plugue de rede. **Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento:** aproximadamente 10 horas (duração da bateria). **Gravação de Dados em Memória Interna (2GB):** Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência. **Temperatura de Operação:** 10°C a 40°C **Umidade de Operação:** 30% a 75% **Pressão Atmosférica de Operação:** 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg) **Temperatura de Armazenamento:** 0 °C a v 50 °C **Umidade de Armazenamento:** 10% a 95%, sem condensação. **Dimensão:** 295 x 225 x 155 mm **Peso:** Aproximadamente 1,9Kg.



III- DA DECISÃO DA PREGOEIRA, Diante dos fatos e fundamentos apresentados e uma análise preliminar, julga-se PROCEDENTE, a impugnação interposta pela empresa HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ N° 31.531.928/0001-26, bem como FICARÁ SUSPENSO o Pregão Eletrônico SRP 002/2022, objetivado Registro de preço para eventual, futura e parcelada aquisição de equipamentos e materiais permanente hospitalar, afim de atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes ao Município de Aliança do Tocantins – TO.

Diante do exposto e pelas razões aqui apresentadas, a Pregoeira e Equipe de Apoio, Suspende Pregão Eletrônico SRP 002/2022, e encaminha para a equipe técnica, para realização de análise técnica e retificações quanto suas descrições, as devidas alterações no edital e publicações.

Aliança do Tocantins, 30 de setembro de 2022.

  
*Solange Soares da Silveira*  
Solange Soares da Silveira  
Pregoeira Oficial